



FICHE PRODUIT

Dénomination Commerciale:

Tubulure de mesure avec robinet

Fabricant:

Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway

Lieu: South Jordan, Utah, Etats-Unis

Référentiel:

Organisme notifié:

Numéro de certificat:

Date: - Validité:

ISO 9001:2008 ISO 13485: 2003

DNV Business Assurance

n°37468-2008

22/11/2012 - 23/09/2015

Référence	Diamètre	Longueur
TUB101		150 cm



Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux:

- Tubulure pompe: PVC
- Connection Luer: ABS Polymer (conforme à ISO 594-2)
- Corps de pompe:

Particularités d'utilisation:

Ne peut être utilisé qu'avec les baies d'urodynamique de marque Laborie Medical

Présence de Latex: Non

Indications cliniques:

Voie de remplissage lors de bilan urodynamique.

Usage unique:	Oui
Stérile:	Oui
Mode de stérilisation:	à l'oxyde d'éthylène
Lieu de stérilisation:	USA
Péremption:	3 ANS

Code LPPR: N/A

Numéro d'agrément: N/A

Autorisation de marquage CE:

Organisme notifié: TÜV Product Service GmbH

Numéro de certificat: G1 12 03 62110 009

EC - certificate

Date: 03/08/2012 - Validité: 02/08/2017

Classe du produit: Ia

Conditionnement:

Unité d'emploi (par sachet stérile):	1
Unité protégée:	10
Unité de vente:	10
Nature emballage:	Tyvek/nylon