



## FICHE PRODUIT

### Dénomination Commerciale:

Sonde rectale pour pression abdominale avec latex

### Fabricant:

Laborie Medical Techn.Europe Limited	Référentiel:	ISO 13485: 2003 / Cor 1:2009
Lumonics House - Valley Drive	Organisme notifié:	N/A
Rugby - CV21 1TQ	Numéro de certificat:	N/A
United Kingdom	Date: - Validité:	N/A

Référence	Taille (FR)	Longueur	Ballon
9021P4222	12	200 mm	11 / 55 mm

Connecteurs (couleurs)	Usage
Blanc	Pression rectale

### Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux:

Cathéter: PVC semi-rigide

Ballon: latex



### Particularités d'utilisation:

La sonde est utilisée pour mesurer la pression abdominale lors des examens de bilan urodynamique.

Présence de Latex: **Oui**

### Indications cliniques:

Usage unique:	FT
Stérile:	Oui
Mode de stérilisation:	Oxyde d'éthylène
Lieu de stérilisation:	UK
Péremption:	3 ANS

Code LPPR: N/A  
Numéro d'agrément: N/A

### Autorisation de marquage CE:

Organisme notifié: BSI  
Numéro de certificat: CE592088  
EC - certificate  
Date: 02/08/17 - Validité: 02/08/2022  
Classe du produit IIa

### Conditionnement:

Unité d'emploi (par sachet stérile):	1
Unité protégée:	10
Unité de vente:	10
Nature emballage:	Papier médical et PE/PP