



## FICHE PRODUIT


### Dénomination Commerciale:

Sonde rectale double lumière 9 FR pédiatrique à ballonnet abdominal


### Fabricant:

Laborie - International  
6415 Northwest Drive, Unit 11,  
Mississauga, Ontario L4V 1X1  
CANADA

Quality Management System: 13485:2007  
Notify Body: BSI  
Certificate Number: N/A  
Effective Date: N/A



RPC-9 9Fr. Pediatric Dual Lumen Abdominal Pressure Catheter



Référence	Taille (CH)	Longueur	Courbure	Taille ballonnet
RPC-9P	9 FR	26 cm	Droite	3 ml

### Caractéristiques du produit:

Embases	Fonction	Taux de transmission
FILL/PABD - large	Remplissage	70/100
PURGE ONLY	Drainage	35/100

### Type de raccord:

Femelle

### Systèmes compatibles:

Machines urodynamique Laborie et Life-Tech

### Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux:

PVC - Polypropylène (ballonnet)

### Particularités d'utilisation: Sonde pour cystomanométrie à double lumière

Les sondes sont prévues pour mesurer la pression abdominale au cours de l'évaluation urodynamique chez l'enfant.

Les avantages sont:

Conçu avec une capacité de purge unique qui réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour dégager le ballon de l'air.

Le design économique de la sonde permet de réduire le risque de contamination croisée.

La flexibilité de la sonde permet un meilleur confort au patient durant l'examen.

**Présence de Latex: Non**

### Indications cliniques:

Ces produits doivent être utilisés uniquement par un personnel médical spécialisé en urodynamique possibles dans ce domaine et capable de reconnaître les pathologies et complications

Les sondes sont prévues pour mesurer la pression abdominale au cours de l'évaluation urodynamique.

Usage unique:	Oui
Stérile:	Non
Mode de stérilisation:	à l'oxyde d'éthylène
Lieu de stérilisation:	Canada
Péremption:	3 ans

### Conditionnement:

Unité d'emploi :	10
Unité protégée:	10 - Non stérile
Unité de vente:	10
Nature emballage:	Papier Mylar

**Code LPPR: N/A**  
**Numéro d'agrément: N/A**

### Autorisation de marquage CE:

Organisme notifié: BSI  
Numéro de certificat: CE592088  
EC - certificate  
Date: 02/08/17 - Validité: 02/08/2022  
Classe du produit IIa