



FICHE PRODUIT

Dénomination Commerciale:
Sonde à double lumière 6 FR


Fabricant:

Laborie - International
6415 Northwest Drive, Unit 11,
Mississauga, Ontario L4V 1X1
CANADA

Quality Management System: 13485:2007
Notify Body: BSI
Certificate Number: N/A
Effective Date: N/A



DLC-6D 6Fr. Dual Lumen Cystometry Catheter



| Référence | Taille (CH) | Longueur | Courbure |
|-----------|-------------|----------|----------|
| DLC-6D | 6 FR | 47 cm | Droite |

Caractéristiques du produit:

| Embases | Fonction | Taux de transmission |
|------------|--------------------------------|----------------------|
| FILL | Remplissage vésical | 25/100 |
| Pves (CMG) | Mesure de la pression vésicale | 15/100 |

Type de raccord:

Femelle

Systèmes compatibles:

s urodynamique Laborie et Life-Tech

Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux:

PVC

Particularités d'utilisation: Sonde pour cystomanométrie à double lumière

La sonde à double lumière est une sonde d'urodynamique à l'eau qui remplit et mesure la pression de la vessie durant la cystomanométrie et l'examen du flux de pression. Cette sonde permet un drainage maximal tout en permettant un remplissage sans altérer la mesure de pression.

Les avantages sont:

Mesure de la vessie par coupe grâce aux trous.

Le design économique de la sonde permet de réduire le risque de contamination croisée.

La flexibilité de la sonde permet un meilleur confort au patient durant l'examen.

Présence de Latex: Non

Indications cliniques:

Ces produits doivent être utilisés uniquement par un personnel médical spécialisé en urodynamique possibles dans ce domaine et capable de reconnaître les pathologies et complications

Les sondes sont prévues pour mesurer la pression vésicale au cours de l'évaluation urodynamique.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Usage unique: | Oui |
| Stérile: | Oui |
| Mode de stérilisation: | à l'oxyde d'éthylène |
| Lieu de stérilisation: | Canada |
| Péremption: | 3 ans |

| |
|-------------------------------|
| Code LPPR: N/A |
| Numéro d'agrément: N/A |

| |
|---------------------------------------|
| Autorisation de marquage CE: |
| Organisme notifié: BSI |
| Numéro de certificat: CE592088 |
| EC - certificate |
| Date: 02/08/17 - Validité: 02/08/2022 |
| Classe du produit: IIa |

Conditionnement:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Unité d'emploi (par sachet stérile): | 1 |
| Unité protégée: | 10 |
| Unité de vente: | 10 |
| Nature emballage: | Papier Mylar |