

Fiche Technique

Gel lubrifiant stérile

NeoJelly®
Lubrifiant

1 INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : K50ZZ99

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1


Classe du DM : IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0123

Première mise sur le marché de l'UE : 2021

Fabricant : JIANGSU PROVINCE JIANERKANG



Descriptif du dispositif :

Gel lubrifiant stérile qui garantit une lubrification optimale pour un grand nombre de procédure dans le secteur des soins.

Il est soluble dans l'eau et ne contient pas de graisse ni d'alcool. Il n'endommage ni le caoutchouc, ni le plastique. Il peut en toute sécurité être utilisé sur les tissus humains (non irritant).

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence ASI	Cond
Sachet de 5g	250999	Boîte de 150 u.
Tube de 5g	251000	Boîte de 48 u.
Tube de 42g	251001	Boîte de 12 u.
Tube 82g	251002	Boîte de 12 u.

Principaux composants et matériaux :

Mélange de Glycérine, Polyéthylène Glycol (PEG), Carbomère, Méthyl Parabène, Propyl Parabène, Eau purifiée

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Date : 07/2021

Version : 1.00 - FT – Gel lubrifiant stérile NeoJelly®

Asept InMed® SAS au Capital de 5 000 000 € - R.C.S. Toulouse B383600590 – SIRET: 383 600 590 00038 – APE 4646Z – TVA Intracommunautaire FR87 383 600 590 - Suivez notre actualité sur : www.aseptinmed.fr - Retrouvez-nous sur   

Fiche Technique

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie
Gynécologie
Obstétrique
Urologie

Indications :

Endoscopie
Gynécologie
Gynéco-obstétrique
Intubation endo trachéale
Sondage urinaire intermittent
Urologie

2 PROCEDE DE STERILISATION : Rayon Gamma

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservation et de stockage :

Lieu sec et frais (entre 10 et 35°C), à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Se référer à la notice d'utilisation.

AUTRES DETAILS TECHNIQUES :

Hydro soluble

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01