

Sac banane pour Homepump

Diffuseur portable autonome

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : C54DA99

Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1


Classe du DM : I

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0086

Première mise sur le marché de l'UE : 2012

Fabricant : Halyard



Descriptif du dispositif :

Le sac banane permet de transporter les diffuseurs portables Homepump de 50 à 500ml (selon la référence).

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence ASEPT INMED	Hauteur x Largeur poche	Longueur x Largeur ceinture
Sac banane pour Homepump 50-125ml	201656	12 x 14cm	(5 + 140cm) x 2cm
Sac banane pour Homepump 250-500ml	201657	18 x 21cm	(4 + 130cm) x 2cm

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Poche Matériau : Nylon avec revêtement interne imperméabilisant
Élément : Fermeture éclair /Boucle Matériau : Nylon
Élément : Ceinture Matériau : Polypropylène

Pour les composants susceptibles de rentrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Anesthésie
Réanimation
Cardiologie
Chirurgie
Pédiatrie

Indications :

Abord veineux périphérique
Perfusion
Administration médicament
Abord veineux

2 PROCEDE DE STERILISATION : Dispositif non stérile

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservation et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité du dispositif

Durée de vie du produit :

Aucune spécifiée.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Audrey GILBERT – agilbert@aseptinmed.fr
Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01