



## FICHE PRODUIT

### Dénomination Commerciale:

Sonde AC béquillée à ballonnet 2 voies

### Fabricant:

Clinical Innovations, LLC	Référentiel:	ISO 13485
747 West 4170 South	Organisme notifié:	Non
Lieu: Murray, UT (USA)	Numéro de certificat:	N/A
	Date: - Validité:	N/A

Référence	Taille (CH)	Longueur	Extrémité	Courbure
CAT878	7	76,20 cm	béquillée	droite

### Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux:

- Sonde: polyéthylène
- Connection Luer: polycarbonate



### Particularités d'utilisation:

La sonde doit être insérée avec précaution et stérilement.

Une insertion forcée peut conduire à un dysfonctionnement, à un inconfort ou un traumatisme pour le patient.

**Présence de Latex: Non**

### Indications cliniques:

Prise de pression vésicale et voie de remplissage de la vessie lors de bilan urodynamique.

Usage unique:	Oui
Stérile:	Oui
Mode de stérilisation:	Gamma
Lieu de stérilisation:	USA
Péremption:	2 ANS

**Code LPPR: N/A**  
**Numéro d'agrément: N/A**

### Autorisation de marquage CE:

Organisme notifié: BSI  
Numéro de certificat: CE 611370  
Date: 30/04/2014 - Validité: 01/05/2019  
Classe du produit: IIa

### Conditionnement:

Unité d'emploi (par sachet stérile):	1
Unité protégée:	10
Unité de vente:	10
Nature emballage:	Tyvek