



FICHE PRODUIT

Dénomination Commerciale:
SET DE PERFUSION 8 VOIES

Fabricant:

Laborie Medical Techn.Europe Limite	Référentiel:	ISO 13485: 2003 / Cor 1:2009
Lumonics House - Valley Drive	Organisme notifié:	N/A
Rugby - CV21 1TQ	Numéro de certificat:	N/A
United Kingdom	Date: - Validité:	N/A

Référence	Diamètre	Longueur
9021P6082	60	150 cm

Principaux éléments constitutifs

PVC

Descriptif

Set de perfusion urodynamique avec chambre compte-gouttes ventilée, tube de pompe et tubulure à 8 voies pour perfusion sous pression dans le cadre de procédures ARM.

Indications cliniques

Set de perfusion lors de bilan urodynamique à l'eau.

Présence de Latex: Non

Usage unique:	Oui
Stérile:	Oui
Mode de stérilisation:	Oxyde d'éthylène
Lieu de stérilisation:	Canada
Péremption:	3 ANS

Code LPPR: N/A
Numéro d'agrément: N/A

Autorisation de marquage CE:

Organisme notifié: BSI
Numéro de certificat: 592088
Date: 02/08/2017 - Validité: 02/08/2022
Classe du produit: IIa

Conditionnement:

Unité d'emploi (par sachet stérile):	1
Unité protégée:	5
Unité de vente:	5
Nature emballage:	Tyvek/nylon