



## FICHE PRODUIT

**Dénomination Commerciale:**  
SET DE PERFUSION 2 VOIES

**Fabricant:**

|                                     |                       |                              |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Laborie Medical Techn.Europe Limite | Référentiel:          | ISO 13485: 2003 / Cor 1:2009 |
| Lumonics House - Valley Drive       | Organisme notifié:    | N/A                          |
| Rugby - CV21 1TQ                    | Numéro de certificat: | N/A                          |
| United Kingdom                      | Date: - Validité:     | N/A                          |

| Référence | Diamètre | Longueur |
|-----------|----------|----------|
| 9021P6022 | 60       | 150 cm   |

**Principaux éléments constitutifs**

PVC

**Descriptif**

Set de perfusion urodynamique avec chambre compte-gouttes ventilée, tube de pompe et tubulure à 2 voies pour perfusion sous pression dans le cadre de procédures PPU.

**Indications cliniques**

Set de perfusion lors de bilan urodynamique à l'eau.

**Présence de Latex: Non**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Usage unique:          | Oui              |
| Stérile:               | Oui              |
| Mode de stérilisation: | Oxyde d'éthylène |
| Lieu de stérilisation: | Canada           |
| Péremption:            | 3 ANS            |

**Code LPPR: N/A**  
**Numéro d'agrément: N/A**

**Autorisation de marquage CE:**

Organisme notifié: BSI  
Numéro de certificat: 592088  
Date: 02/08/2017 - Validité: 02/08/2022  
Classe du produit: IIa

**Conditionnement:**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Unité d'emploi (par sachet stérile): | 1           |
| Unité protégée:                      | 5           |
| Unité de vente:                      | 5           |
| Nature emballage:                    | Tyvek/nylon |