

JCP0011.1 - KIT PER INSERIMENTO DESCEMET, TECNICA DMEK

JCP0011.1 – KIT FOR INSERTING DESCEMET IN DMEK



COMPONENTI COMPONENT LIST	MATERIALE MATERIAL
Cartuccia/cartridge	Vetro Borosilicato/Glass
Adattatore ed imbuto/adapter and funnel	Policarbonato/PC
Siringa 5cc, luer slip/5cc syringe, luer slip	Polipropilene/Polypropylene
Latex free	
<p>Sterile e monouso. Sterilizzato tramite EtO. Periodo di validità del prodotto correttamente conservato e a confezione integra: 60 mesi (5 anni).</p> <p>Sterile and disposable. Sterilized by EtO. Shelf life for the product correctly stored and with undamaged packaging: 60 months (5 years).</p>	
<p>Confezioni da 1 pezzi. Package quantity: 1 pcs.</p>	

Dispositivo Medico conforme alla Direttiva Europea 93/42 CEE (classe IIa) e fabbricato nel rispetto degli standard ISO9001, ISO13485, FU It XI Ed.

Medical Device complying with European Directive 93/42/CEE (IIa class), designed and manufactured according to the ISO9001, ISO13485, FU It XI Ed.

Fabbricante: E. Janach srl – via Borgo Vico 30 – 22100 Como – Italy – janach@janach.it – international@janach.it

Manufacturer: E. Janach srl – via Borgo Vico 30 – 22100 Como – Italy – janach@janach.it – international@janach.it

Dispositivo da utilizzarsi durante una procedura oftalmologica.

Device to be used during an ophthalmology procedure.

Solo per il mercato italiano / for Italy only:

CND Q0299
Repertorio 1615178/R

