

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Référence | SC45 |
| Description | Depresseur de Schoket, Droitier |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Composition | Matériau(x) de l'instrument | Acier inoxydable |
| | Matériau(x) des parties en contact avec le patient | Acier inoxydable |
| Destination | Dimensions de l'instrument | Crochet 0.77 x 0.31, tige 10mm angulée 36°, manche 95mm. Longueur totale 119mm |
| | Utilisation du dispositif / destination | Invasif Sert à la manipulation du noyau. |
| Stérilisation | Usage unique? | Usage unique |
| | Stérile/Non stérile? | Sterile |
| | Si stérile : Procédure de stérilisation: | Rayon Gamma |
| | Si stérile : Re-Stérilisation après utilisation? | No |
| | Si non stérile : Procédure de nettoyage et stérilisation | N/A |
| Conditionnement et stockage | Type de Conditionnement primaire | Emballage blister (Tyvek / PETG) |
| | Quantité par emballage stérile (Unités) | 1 |
| | Type de boîte | Boîte en carton |
| | Quantité par boîte clinique (Unités) | 10 |
| | Condition de stockage | Humidité : 20-80% Température -5°C/50°C |
| | Péremption | 3 ans |
| Réglementaire | Fabricant | SURGITRAC SIHONG Ltd |
| | Certificat | EC Certificate Directive 93/42/EEC Annex V |
| | Classe du Dispositif selon la directive dispositifs médicaux | Class IIa |
| | Règle de classification | 6 |
| | Code GMDN | 59037 |
| | Contient des Tissus biologiques ou d'origine animal? | Non |
| | Présence de Latex? | Sans latex |
| | Présence de produits actifs? | Non |

