

Fiche Technique

INSTRUMENT DE MESURE DE STOMIE

Bouton Gastrostomie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : A50DZ99

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : Is

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 2797

Première mise sur le marché de l'UE : 20/06/2008

Fabricant : AVANOS



Descriptif du dispositif :

Dispositif permettant la mesure de la stomie

1 site de gonflement du ballonnet

1 canal médian pour le passage d'un fil guide de 0.97mm

1 seringue 12ml

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Conditionnement
Instrument de mesure de la stomie	98460-02	200452	Carton de 10u.

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Instrument

Matériau : Silicone, Polyéther imide,

Polycarbonate, Sulfate de baryum

Élément : Seringue

Matériau : Polypropylène

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Fiche Technique

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Digestif

Indications :

Gastrostomie

Nutrition entérale

Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde d'éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre-indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr
Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01