

Fiche technique

POUSSOIR

Endoprothèse biliaire / Endoprothèse pancréatique

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A62AA01
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	Is
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0483
Première mise sur le marché de l'UE :	01/01/2002
Fabricant :	MEDI GLOBE



Descriptif du dispositif :

Utilisé pour faire glisser le stent à travers le canal opérateur vers son emplacement dans le canal biliaire/pancréatique.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Condt
Poussoir Ø 5 FR, Lg 2200mm	GBS-42-05-220	220301	Unitaire
Poussoir Ø 7 FR, Lg 2200mm	GBS-42-07-220	220302	Unitaire
Poussoir Ø 8.5 FR, Lg 2200mm	GBS-42-08-220	220303	Unitaire
Poussoir Ø 10 FR, Lg 2200mm	GBS-42-10-220	220304	Unitaire
Poussoir Ø 11.5 FR, Lg 2200mm	GBS-42-11-220	220305	Unitaire
Poussoir Ø 8.5 FR, Lg 1800mm	GBS-42-08-180	220306	Unitaire
Poussoir Ø 10 FR, Lg 1800mm	GBS-42-10-180	220307	Unitaire
Poussoir Ø 11.5 FR, Lg 1800mm	GBS-42-11-180	220308	Unitaire
Poussoir Ø 8.5 FR, Lg 1600mm	GBS-42-08-160	220309	Unitaire
Poussoir Ø 10 FR, Lg 1600mm	GBS-42-10-160	220310	Unitaire
Poussoir Ø 11.5 FR, Lg 1600mm	GBS-42-11-160	220311	Unitaire

Composition du dispositif et accessoires :

Date : 03/2021

FT- Poussoir -3

Asept InMed® SAS au Capital de 5 000 000 € - R.C.S. Toulouse B383600590 – SIRET: 383 600 590 00038 – APE 4646Z – TVA Intracommunautaire FR87 383 600 590 - Suivez notre actualité sur : www.aseptinmed.fr - Retrouvez-nous sur   

Fiche technique

Principaux composants et matériaux :

Élément : Tube
Élément : Anneau

Matériau : PTFE radio-opaque
Matériau : Acier inoxydable

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie
Digestif

Indications :

Endoscopie digestive
Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr
Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01