

Dossier d'information EURO PHARMAT DISPOSITIF MEDICAL

Nom : TYCO HEALTHCARE France SAS

Dénomination commune : Seringues 2 pièces embout Luer UU

Dénomination commerciale : Seringues 2 pièces ECO embout Luer Usage Unique

4. Conditions de conservation et de stockage	
	Conditions normales de conservation & de stockage : conserver à l'abris de la lumière et à température ambiante Précautions particulières : Ne pas utiliser si l'emballage est détérioré Durée de la validité du produit : 5 ans
5. Sécurité d'utilisation	
5.1	Sécurité technique : Ne pas restériliser Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
5.2	Sécurité biologique (s'il y a lieu) : Absence de latex Absence de produit d'origine animale ou biologique
6. Conseils d'utilisation	
6.1	Mode d'emploi : Usage unique Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
6.2	Indications :
6.3	Précautions d'emploi : Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé Risque de piqûre accidentelle Une utilisation sûre de ce produit nécessite une information préalable. Les aiguilles utilisées peuvent être contaminées et doivent être disposées dans des containers appropriés. Ne pas re-capuchonner des aiguilles utilisées et consulter un médecin en cas de piqûre accidentelle. Se référer aux recommandations et réglementations nationales.
6.4	Contre- Indications : n/a
7. Informations complémentaires sur le produit	
	<u>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc.) ... :</u> Cet espace ouvert est laissé à l'appréciation de l'industriel qui peut y inclure toute information pertinente permettant de fournir des éléments de discussion à l'utilisateur dans le cadre du Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux.

8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)	
✓	Etiquetage et étiquette de traçabilité (le cas échéant)  The image shows a box for Tyco Monoject 20ml syringes. The box is white with blue and red text. It features the Tyco Healthcare logo and the Monoject brand name. The box is labeled in multiple languages: English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, and Chinese. The lot number is D 007 and the expiration date is 2008/12. The box also includes a warning not to use if the unit package is opened or damaged.