

Dossier d'information EURO PHARMAT DISPOSITIF MEDICAL

Nom : TYCO HEALTHCARE France SAS

Dénomination commune : Seringue 3 pièces embout centré UU

Dénomination commerciale : Seringues 3 pièces embout central Usage Unique

4. Conditions de conservation et de stockage	
	Conditions normales de conservation & de stockage : conserver à l'abri de la lumière et à température ambiante Ne pas utiliser si l'emballage est détérioré Durée de la validité du produit : 5 ans
5. Sécurité d'utilisation	
5.1	Sécurité technique : Ne pas restériliser Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
5.2	Sécurité biologique (s'il y a lieu) : Absence de latex Absence de produit d'origine animale ou biologique
6. Conseils d'utilisation	
6.1	Mode d'emploi : Usage unique Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
6.2	Indications :
6.3	Précautions d'emploi : Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé Risque de piqûre accidentelle Une utilisation sûre de ce produit nécessite une information préalable. Les aiguilles utilisées peuvent être contaminées et doivent être disposées dans des containers appropriés. Ne pas recapuchonner des aiguilles utilisées et consulter un médecin en cas de piqûre accidentelle. Se référer aux recommandations et réglementations nationales.
6.4	Contre- Indications :
7. Informations complémentaires sur le produit	
	<u>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... :</u> Cet espace ouvert est laissé à l'appréciation de l'industriel qui peut y inclure toute information pertinente permettant de fournir des éléments de discussion à l'utilisateur dans le cadre du Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux.
8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)	
	✓ Etiquetage et étiquette de traçabilité (le cas échéant)

tyco/healthcare 10

KENDALL

monoJECT®

Syringe

10ml
Seringue Spuit
Spritze Sprinza
Siringa Sprejle
Jerings Rulsku
Spruta Σπρίγγι



0086 EN ISO 7886-1
*Standard of General Devices, 40
TYCO HEALTHCARE UK LTD,
NORTHERN IRELAND, BT33 7JF
EG REP: TYCO HEALTHCARE UK
LTD, GOSPORT, PO13 0AS, UK

REF 1100 610045
04E202
2004-05
2009-05