

PINCE A BIOPSIE CHAUDE - FLEXIBITE

Pince biopsie endoscopie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A59AA01
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	IIa
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0483
Première mise sur le marché de l'UE :	01/02/2007
Fabricant :	MEDI GLOBE



Descriptif du dispositif :

Cette pince est utilisée pour le retrait de polypes et la coagulation des lésions sous haute fréquence. Elle peut aussi être utilisée pour obtenir un échantillon de tissu muqueux pour un examen histologique. Embout de la pince court et rigide : passage aisé dans le canal de l'endoscope
 Mors coupants: sécurise la biopsie
 Grande ouverture des mors: facilite les biopsies tangentielles
 Usage unique: sécurité et confort.
 Diamètre minimum du canal de l'endoscope 2.8mm.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Volume prélèvement	Référence Fournisseur	Référence ASI	Cdt
PINCE A BIOPSIE CHAUDE Ø 2.3mm Longueur 230cm	7.7mm ³	GBF-11-24-230	220705	Boite de 10 unités

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Cuillères / tube

Elément : Mandrin

Elément : Connecteur Haute Fréquence

Matériau : Acier inoxydable

Matériau : Acrylonitrile Butadiène Styrène

Matériau : Laiton



Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Digestif

Indications :

Biopsie tissus mous

Endoscopie biopsie

Endoscopie digestive

Prélèvement

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

4 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

