

Fiche Technique

STENT PSEUDOKYSTE DOUBLE QUEUE DE COCHON

Endoprothèse biliaire/pancréatique

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A53ZZ99
Code LPPR* si applicable :	8144141
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	IIb
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0483
Première mise sur le marché de l'UE :	01/01/2002
Fabricant :	MEDI GLOBE

Descriptif du dispositif :

Utilisé pour le drainage des canaux biliaires et pancréatiques obstrués ou rétrécis dans le cadre d'un examen endoscopique.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Conditionnement
Stent drainage pseudo-cyst, double queue de cochon avec marqueur radio-opaque, Ø8.5FR, Lg 2cm	GBS-11-08-002	220826	Unitaire
Stent drainage pseudo-cyst, double queue de cochon avec marqueur radio-opaque, Ø8.5FR, Lg 5cm	GBS-11-08-005	220827	Unitaire
Stent drainage pseudo-cyst, double queue de cochon avec marqueur radio-opaque, Ø8.5FR, Lg 7cm	GBS-11-08-007	220828	Unitaire
Stent drainage pseudo-cyst, double queue de cochon avec marqueur radio-opaque, Ø8.5FR, Lg 9cm	GBS-11-08-009	220829	Unitaire

Fiche Technique

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Conditionnement
Stent drainage pseudo-cyst, double queue de cochon avec marqueur radio-opaque, Ø10FR, Lg 2cm	GBS-11-10-002	220830	Unitaire
Stent drainage pseudo-cyst, double queue de cochon avec marqueur radio-opaque, Ø10FR, Lg 5cm	GBS-11-10-005	220831	Unitaire
Stent drainage pseudo-cyst, double queue de cochon avec marqueur radio-opaque, Ø10FR, Lg 7cm	GBS-11-10-007	220832	Unitaire
Stent drainage pseudo-cyst, double queue de cochon avec marqueur radio-opaque, Ø10FR, Lg 9cm	GBS-11-10-009	220833	Unitaire

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Tube
 Élément : Manche
 Élément : Anneau

Matériau : Polyéthylène radio-opaque
 Matériau : Polyéthylène basse densité
 Matériau : Polyéthylènetéréphtalate

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie
 Digestif

Indications :

Drainage biliaire
 Drainage canal pancréatique
 Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans.

Fiche Technique

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01