

Microline Surgical Inc. # 2001
Visu-Loc Applicateur de clips endoscopiques de 5 mm

Fiche technique


Applicateur

- Références commerciales : 2001
- Longueur de l'instrument 2001 : 45 cm
- Longueur de la tige 2001 : 32,4 cm
- Tige rotative 360°
- Applicateur de clips de 5 mm, stérile (oxyde d'éthylène), usage unique et jetable
- Instrument compatible avec un trocart standard de 5 mm
- La poignée ergonomique permet au chirurgien de la repositionner à chaque instant avant l'enclenchement final du clip
- Conception ergonomique de la poignée
- Logo en relief sur la poignée
- Absence de latex
- Absence de substance d'origine animale
- Absence de PVC
- Durée de validité : 2 années

Mâchoires

- Mâchoires à ressort
- Permettent la visualisation de l'application du clip à travers les mâchoires
- Conçues pour ne pas couper le tissu avec ou sans un clip
- Opération : fermez sur le vaisseau désiré, puis compressez un clip à ressort sur le vaisseau
- **Clips**
- 20 clips à ressort, taille M/L

- Longueur du clip fermé : 9,64 mm



- La force de pression : 140 grammes
- Biocompatible, titane de qualité médicale
- Clip à ressort préformé ne perdant pas sa capacité de serrage par nécrose
- Enlèvement facile du clip

<u>Composition du dispositif et accessoires des produits de</u>	
<u>REF 2001</u>	
ELEMENTS	MATERIAUX
La manche	Plastique Chase CP Pryme® résine et Polyamide chargé en fibres de verre (PA66 avec 33%)
Tube poussoir	Plastique Chase CP Pryme® résine et Polyamide chargé en fibres de verre (PA66 avec 33%)
La poignée, la tige, rotateur 5mm, la pale	Technopolymères CYCOLAC ABS
Partie extérieure du tube	Acier inoxydable 301
Les mâchoires	Acier inoxydable 17-4 PH
Clips	Titane biocompatible stérile Ti6Al-4V ELI

Le type de stérilisation, le mode d'utilisation et les conditions de stockage de l'applicateur de clips, ainsi que les indications, précautions et contre-indications à respecter sont précisés dans la notice d'emploi jointe à la présente fiche.

La conformité de l'applicateur et de ses clips aux directives européennes a été évaluée par l'organisme notifié suivant :

SGS United Kingdom Ltd Systems & Service Certification
(SGS CE 01 0311)

N° de certificat CE: 0120

Début du marquage CE : 25 janvier 2008

Classification du dispositif : IIb

Code CLADIMED : F52FC12

Date de la 1^{ère} commercialisation dans l'UE : 1/2/2011

Conditionnement : 6 unités/boîte (20 clips/applicateur)		
	Dimensions (LxIxH)	Poids
Unité	56 x 19 x 5,5 cm	0,435
Boîte	58 x 26 x 20,5 cm	2,61