



# EG-ZERTIFIKAT

(Vollständiges Qualitätssicherungssystem)



Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen

## phenox GmbH

Lise-Meitner-Allee 31  
44801 Bochum  
Deutschland

ein vollständiges Qualitätssicherungssystem für jede Phase von der Auslegung bis zur Endkontrolle der Produkte eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, durchgeführt von DQS Medizinprodukte GmbH, wurde der Nachweis erbracht, dass dieses Qualitätssicherungssystem die Forderungen gemäß

## Anhang II – ohne Abschnitt 4 der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte

bezüglich folgender Medizinprodukte erfüllt:

pRESET Thrombectomy Device	Klasse III
p64 Flow Modulation Device	Klasse III
pCONUS Bifurcation Aneurysm Implant	Klasse III
pITA Rapid Exchange Neurovascular PTA Balloon Catheter	Klasse III
pORTAL Steerable Hydrophilic Guidewire	Klasse III
pCANVAS Bifurcation Aneurysm Flow Modulating Implant	Klasse III
p48 MW (HPC) Flow Modulation Device	Klasse III
pNOVUS 27 Mikrokatheter	Klasse III

Der Hersteller unterliegt der Überwachung nach Anhang II, Abschnitt 5. Die CE-Kennzeichnung mit der Kennnummer der Benannten Stelle (0297) darf an den auf dem Zertifikat gelisteten Produkten angebracht werden. Für das Inverkehrbringen von Klasse III Produkten ist eine EG Produktauslegungsprüfung nach Anhang II, Abschnitt 4 notwendig. Das Zertifikat beschränkt sich für Produkte der Klasse I(s) (I(s) = Produkte der Klasse I die in sterilem Zustand in Verkehr gebracht werden) ausschließlich auf die Herstellung im Zusammenhang mit der Sterilisation und der Aufrechterhaltung der Sterilität. Das Zertifikat beschränkt sich für Produkte der Klasse I(m) (I(m) = Produkte der Klasse I mit Messfunktion) ausschließlich auf die Herstellung im Zusammenhang mit der Konformität der Produkte mit den messtechnischen Anforderungen.

Zertifikat-Registrier-Nr. 345178 MR2  
Zertifikat-ID 170740417  
Gültig ab 2019-06-27  
Gültig bis 2024-05-26  
Frankfurt am Main, den 2019-06-07

## DQS Medizinprodukte GmbH

Sigrid Uhlemann  
Geschäftsführerin

Dr. Thomas Feldmann  
Leiter der Zertifizierungsstelle

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main,  
Tel. +49 (0) 69 95427-300, [medical.devices@dqs-med.de](mailto:medical.devices@dqs-med.de)

Die DQS Medizinprodukte GmbH ist Benannte Stelle gemäß der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte mit der Kennnummer 0297.



# EC-CERTIFICATE

(Full quality assurance system)



This is to certify that the company

## phenox GmbH

Lise-Meitner-Allee 31  
44801 Bochum  
Germany

has implemented and maintains a full quality assurance system which applies to the products at every stage from design to final controls.

Through an audit, documented in a report, performed by DQS Medizinprodukte GmbH, it was verified that the management system fulfills the requirements of

## Annex II – excluding Section 4 of Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices

with respect to the following medical devices:

pRESET Thrombectomy Device	Class III
p64 Flow Modulation Device	Class III
pCONUS Bifurcation Aneurysm Implant	Class III
pITA Rapid Exchange Neurovascular PTA Balloon Catheter	Class III
pORTAL Steerable Hydrophilic Guidewire	Class III
pCANVAS Bifurcation Aneurysm Flow Modulating Implant	Class III
p48 MW (HPC) Flow Modulation Device	Class III
pNOVUS 27 Microcatheter	Class III

The manufacturer is subject to surveillance according to Annex II, Section 5. The CE marking with the Notified Body Identification Number (0297) may be affixed on the devices listed in the certificate. An EC Design Examination Certificate according to Annex II, Section 4 is required for class III devices covered by this certificate. The certificate is in the case of class I(s) devices (I(s) = class I products placed on the market in sterile conditions) limited to the aspects of manufacture concerned with securing and maintaining sterile conditions. The certificate is in the case of class I(m) devices (I(m) = class I devices with a measuring function) limited to the aspects of manufacture concerned with the conformity of the products with the metrological requirements.

Certificate registration no.	345178 MR2
Certificate unique ID	170740417
Effective date	2019-06-27
Expiry date	2024-05-26
Frankfurt am Main	2019-06-07

## DQS Medizinprodukte GmbH

Sigrid Uhlemann  
Managing Director

Dr. Thomas Feldmann  
Head of Certification Body

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main,  
Tel. +49 (0) 69 95427-300, [medical.devices@dqs-med.de](mailto:medical.devices@dqs-med.de)

DQS Medizinprodukte GmbH is a Notified Body according to Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices with the Identification Number 0297.



# CE-CERTIFICAT

(Système complet d'assurance de qualité)



Par la présente il est confirmé que la société

## phenox GmbH

Lise-Meitner-Allee 31  
44801 Bochum  
Allemagne

a mis en œuvre un système complet d'assurance de qualité pour toutes les phases de la conception au contrôle final des produits.

Suite à un audit, documenté dans un rapport, effectué par DQS Medizinprodukte GmbH, il a été vérifié que ce système d'assurance de qualité répond aux exigences selon

## Annexe II – exempt le Point 4 de la Directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux

concernant les dispositifs médicaux suivants :

pRESET Thrombectomy Device	Classe III
p64 Flow Modulation Device	Classe III
pCONUS Bifurcation Aneurysm Implant	Classe III
pITA Rapid Exchange Neurovascular PTA Balloon Catheter	Classe III
pORTAL Steerable Hydrophilic Guidewire	Classe III
pCANVAS Bifurcation Aneurysm Flow Modulating Implant	Classe III
p48 MW (HPC) Flow Modulation Device	Classe III
pNOVUS 27 Microcathéter	Classe III

Le fabricant est soumis à la surveillance visée au Point 5 de l'Annexe II. Le marquage CE avec le numéro d'identification de l'organisme notifié (0297) peut être indiqué aux produits énumérés sur le certificat. Un certificat d'examen CE de la conception selon Annexe II, Point 4 est nécessaire pour des dispositifs de la classe III qui sont contenus dans ce certificat. Le certificat se limite en cas de dispositifs de la classe I(s) (I(s) = dispositifs de la classe I qui sont mis sur le marché à l'état stérile) exclusivement à la fabrication liée à l'obtention de l'état stérile et à son maintien. Le certificat se limite en cas de dispositifs de la classe I(m) (I(m) = dispositifs de la classe I avec fonction de mesurage) exclusivement à la fabrication liée à la conformité des produits aux exigences métrologiques.

N° d'enregistrement du certificat	345178 MR2
N° d'identification unique	170740417
Date d'entrée en vigueur	2019-06-27
Date d'expiration	2024-05-26
Francfort-sur-le-Main, le	2019-06-07

## DQS Medizinprodukte GmbH

Sigrid Uhlemann  
Directrice Générale

Dr. Thomas Feldmann  
Directeur de l'autorité de certification

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main,  
Tel. +49 (0) 69 95427-300, [medical.devices@dqs-med.de](mailto:medical.devices@dqs-med.de)

DQS Medizinprodukte GmbH est un organisme notifié selon la Directive 93/42/CEE du conseil relative aux dispositifs médicaux avec le numéro de l'organisme notifié 0297.