
Cathéter d'aspiration 12

Composant du dispositif	Matériau	Contact avec le patient
Hub proximal	Grilamid	Contact indirect avec le sang et les fluides
Protection anti-piure		Aucun
Bande d'identification	Polyoléfine	
Revêtement interne	Polytétrafluoroéthylène (PTFE), Pebax	Contact avec le sang et les fluides
Tige du cathéter	Acier inoxydable	Aucun
Gaine externe de la tige	Pebax, Tecoflex	Contact avec le sang et les fluides
Embout distal		
Marqueur radio-opaque	Platine, Iridium	Aucun
Revêtement (Coating)	Alcool isopropylique, Polyvinylpyrrolidone (PVP) photo-polymère, Copolymère photo-polyacrylamide, Kollidon, photo-réticulateur	Contact avec le sang et les fluides

Tubulure d'aspiration Lightning Bolt

Composant du dispositif	Matériau	Contact avec le patient
Ensemble tubulure distale	Polychlorure de vinyle (PVC), Polycarbonate (PC)	Peau intacte et/ou chemin indirect du sang et des fluides
Ensemble tubulure de sérum	Polycarbonate (PC), PVC, Silicone, Acier inoxydable	Contact indirect avec le sang et les fluides
Ensemble proximal	Acier inoxydable, Polycarbonate (PC), Polyoléfine, PVC	Aucun