
Cathéter d'aspiration 6X (CAT6X)

Composant du dispositif	Matériau	Contact avec le patient
Partie proximale du cathéter (Hub)		
Embout Luer femelle	Grilamid	Contact indirect avec le sang et les fluides
Manchon proximal		
Protection anti-piure	Acier inoxydable	Pas de contact avec le patient
Tige du cathéter		
Bande d'identification (ID Band)	Polytétrafluoroéthylène (PTFE)	Pas de contact avec le patient
Revêtement hydrophile	Polyvinylpyrrolidone, Polyéthylène	Chemin du sang et des fluides
Gaine externe	Vestamid, Pebax, Tecoflex, Pellethane	
Renfort de la tige (bobine)	Nitinol, Acier inoxydable	Pas de contact avec le patient
Marqueur radio-opaque	Platine, Iridium	
Colle	Éthyl cyanoacrylate, Amine	

Matériau pour TraX

Composant du dispositif	Matériau	Contact avec le patient
Hub		
Embout Luer femelle	Grilamid	Contact indirect avec le sang et les fluides
Écrou pivotant	Copolyester	
Bande d'identification	Polyoléfine	Pas de contact avec le patient
Tige		
Revêtement hydrophile	Polyvinylpyrrolidone	Chemin du sang et des fluides
Gaine externe	Vestamid, Pebax, Tecoflex	

Composant du dispositif	Matériau	Contact avec le patient
Bobine marqueur	Platine, Tungstène, Tecoflex	Pas de contact avec le patient
Lumen interne	Polytétrafluoroéthylène (PTFE)	Chemin du sang et des fluides
	Pebax	Pas de contact avec le patient

Tubulure d'aspiration Lightning Bolt

Composant du dispositif	Matériau	Contact avec le patient
Ensemble tubulure distale	Polychlorure de vinyle (PVC), Polycarbonate (PC)	Peau intacte et/ou chemin indirect du sang et des fluides
Ensemble tubulure de sérum	Polycarbonate (PC), PVC, Silicone, Acier inoxydable	Contact indirect avec le sang et les fluides
Ensemble proximal	Acier inoxydable, Polycarbonate (PC), Polyoléfine, PVC	Pas de contact avec le patient