

Fiche Technique

Adaptateur Tuohy Borst

Raccord sonde seringue

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	G51FA02
Code LPPR* si applicable : <small>*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1</small>	NA
Classe du DM :	Is
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0124
Première mise sur le marché de l'UE :	2001
Fabricant :	UROTECH
Provenance :	Allemagne



Descriptif du dispositif :

Adaptateur Tuohy Borst avec raccord pour seringue

Raccordement à la sonde, au dilatateur ou à l'aiguille de ponction.

Par ex. injection de produit de contraste pour visualiser le bassinets sans retirer le fil guide

Références Catalogue :

Référence ASI	Référence fournisseur
Adaptateur avec Raccord pour seringue	
221850	AYC-010

Conditionnement : boîte de 20 unités

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Adaptateur Matériau : Polycarbonate, Silicone, PA

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Fiche Technique

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Urologie
Chirurgie

Indications :

Urologie

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage

Durée de validité du produit :

5 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation

Contre indications :

Se référer à la notice d'utilisation

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptinmed.fr