

## Fiche Technique

# Adaptateurs et accessoires spéciaux

Raccord sonde seringue / Raccord tubulure collecteur urinaire

### 1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

**Code CLADIMED :** G52BZ99 (Réf 221847) / G51FA99 (Réf 221848)

**Code LPPR\* si applicable :** NA

\*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

**Classe du DM :** Is

**Directive de l'UE applicable :** 93/42/CE

**N° Organisme notifié :** 0124

**Fabricant :** UROTECH  
**Provenance :** Allemagne  
**Statut d'Asept InMed :** Distributeur

**Descriptif du dispositif :**

**Références Catalogue :**

#### ADAPTATEUR d'aiguille

##### Olive urétrale

Référence ASI	Référence fournisseur
221847	CK-001



##### Dispositif de couple de fil guide

Référence ASI	Référence fournisseur
221848	TQ-001



**Composition du dispositif et accessoires :**

**Principaux composants et matériaux :**

Elément : TQ-001

Matériau : Nikel plaqué Laiton

## Fiche Technique

**Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :**

**Latex :** Absence

**Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B :** Absence

**Origine animale ou biologique :** Absence

**Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :**

**Domaines :**

Urologie

Chirurgie

**Indications :**

Urologie

**2 PROCEDE DE STERILISATION :** Oxyde éthylène

**3 CONDITIONS DE CONSERVATION :**

**Conditions normales de conservations et de stockage :**

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques

**Précautions particulières :**

Intégrité de l'emballage

**Durée de validité du produit :**

5 ans

**CONTACT :**

Service Qualité : [qualite@aseptinmed.fr](mailto:qualite@aseptinmed.fr)