

## Fiche technique

# FIL GUIDE

Guide endoscopie

### 1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

<b>Code CLADIMED :</b>	A62ZZ99
<b>Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable :</b> *Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	NA
<b>Classe du DM :</b>	Is
<b>Directive de l'UE applicable :</b>	93/42/CE
<b>N° Organisme notifié :</b>	0483
<b>Première mise sur le marché de l'UE :</b>	01/01/2002
<b>Fabricant :</b>	MEDI GLOBE



#### Descriptif du dispositif :

Fil guide à usage unique ; bicolore.

Conditionnement unitaire en boîte

#### Références Catalogue :

Description du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI
<b>Fil guide en acier inoxydable gainé Téflon</b>		
Ø 0.035" (0,89mm), fixe, longueur 450 cm.	GGW-01-35-450	220370
<b>Fil guide en Nitinol gainé Téflon hydrophile Extrémité effilée radio opaque (5 cm)</b>		
Ø 0.021" (0,53mm), Extrémité souple, longueur 450 cm.	GGW-03-21-450	220378
Ø 0.025" (0,64mm), Extrémité souple, longueur 450 cm.	GGW-03-25-450	220742
Ø 0.035" (0,89mm), Extrémité souple, longueur 400 cm.	GGW-03-35-400	220379
Ø 0.035" (0,89mm), Extrémité souple, longueur 450 cm.	GGW-03-35-450	220380
Ø 0.035" (0,89mm), Extrémité rigide, longueur 400 cm.	GGW-04-35-400	220381
Ø 0.035" (0,89mm), Extrémité rigide, longueur 450 cm.	GGW-04-35-450	220382

## Fiche technique

Description du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI
<b>Fil Guide pour système d'échange rapide</b>		
<b>Fil guide en Nitinol gainé Téflon Hydrophile Extrémité effilée radio opaque (5 cm)</b>		
Ø 0.025" (0,64mm), Extrémité souple, longueur 260 cm	GGW-03-25-260	220744
Ø 0.035" (0,89mm), Extrémité souple, longueur 260 cm	GGW-03-35-260	220745
<b>Fil Guide EASY PASS : Extrémité flexible, hydrophile et radio-opaque</b>		
<b>Fil guide en Nitinol gainé Téflon</b>		
Ø 0.035" (0,89mm), gaine bicolore, longueur 260 cm (Extrémité flexible de 9cm)	GGW-10-35-260	220798
Ø 0.035" (0,89mm), gaine bicolore, longueur 450 cm (Extrémité flexible de 5cm)	GGW-10-35-450	220799
<b>Fil guide pour Sonotip 19 Gauge</b>		
<b>Fil guide en Nitinol non gainé</b>		
Ø 0.030" (0.75mm) Extrémité souple radio opaque, de 15cm, longueur 400cm	GGW-08-30-400	220825

### Composition du dispositif et accessoires :

#### Principaux composants et matériaux :

Élément : Fil

Matériau : Acier inoxydable ou Nitinol en fonction des références

Élément : Gaine

Matériau : Teflon® PTFE/FEP (Réf GGW-08-30-400)

#### Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

**Latex** : Absence

**Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B** : Absence

**Origine animale ou biologique** : Absence

#### Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

##### Domaines :

Endoscopie

Digestif

##### Indications :

Endoscopie

Voies digestives

Note : Fil guide GGW-01 XX XXX non applicable pour les sphinctérotomies.

## 2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

## Fiche technique

### 3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

**Conditions normales de conservations et de stockage :**

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

**Précautions particulières :**

Intégrité de l'emballage

**Durée de validité du produit :**

5 ans

### 4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

**Mode d'emploi :**

Se référer à la notice d'instruction

**Contre indications :**

Se référer à la notice d'instruction

**PIECES JOINTES :**

Notice d'instructions

**CONTACT :**

Service Qualité : [qualite@aseptinmed.fr](mailto:qualite@aseptinmed.fr)