

Lithotriporteur

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A64AB99
Code LPPR* (Ex TIPS) si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	Is
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0483
Première mise sur le marché de l'UE :	2002
Fabricant :	Medi-Globe GmbH



Descriptif du dispositif :

Le lithotriporteur mécanique et le système à panier ont pour but de broyer les calculs biliaires par le biais d'une endoscopie flexible.
Conditionnement unitaire.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence fournisseur	Référence ASI
Lithotriporteur mécanique seul	GML-99-01-000	220590
Panier 4 brins pour lithotripsie Ø 2.6mm, Ø instrument 25mm, lg 400cm	GML-01-26-425	220579
Panier 4 brins pour lithotripsie Ø 2.6mm, Ø instrument 30mm, lg 400cm	GML-01-26-430	220580
Panier 6 brins pour lithotripsie Ø 2.6 mm, Ø instrument 30mm, lg 400cm	GML-01-26-630	220583
Gaine métallique spirulée Ø 2.6mm, longueur 1800mm	GML-90-26-180	220665
Gaine métallique spirulée d'urgence Ø 3.4mm, longueur 800mm	GML-90-34-080	220593

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Lithotriporteur mécanique

Elément : Panier pour lithotripsie

Elément : Gaine métallique spirulée

Matériau : Aluminium

Matériau : Acier inoxydable, Polysulfone
Polytétrafluoréthylène, Polyétherimide,
Polyuréthane thermoplastique, Polycarbonate
Acier inoxydable

Date : 06/2018

FT-Lithotriporteur V3

SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE

DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR
www.aseptinmed.fr



Elément : Gaine métallique spiralée d'urgence Acier inoxydable

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Dispositif et accessoires associés (consommables captifs notamment) :

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Digestif

Indications :

Voies digestives

2 **PROCEDES DE STERILISATION** : Oxyde éthylène

3 **CONDITIONS DE CONSERVATION** :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage

Durée de validité du produit :

5 ans

4 **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Mode d'emploi :

Se référer à la notice

Contre indications

Se référer à la notice

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

