

Fiche Technique

ASPIOCHE

Nécessaire aspiration

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	R50AB01
Code LPPR* si applicable : *Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	NA
Classe du DM :	I
Règlement applicable :	2017/745
N° Organisme notifié :	NA
Première mise sur le marché de l'UE :	01/01/1998
Fabricant : Provenance:	INT'AIR MEDICAL FRANCE
Statut AIM :	DISTRIBUTEUR

Descriptif du dispositif :

Système complet de rinçage Tube cristal 8 x 12 mm Embout 7 x 10 mm Bouchon multibase Bocal de 2L et tubulure de 23cm.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Cond
Système complet de rinçage	AP01	200512	Unitaire
Poche de rechange	AP02	200513	Carton de 25 u

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Tube	Matériau : PVC
Elément : Embout	Matériau : Polypropylène
Elément : Poche	Matériau : Ethylène Vinyle Acétate
Elément : Couvercle	Matériau : Polypropylène
Elément : Bague	Matériau : Polypropylène
Elément : Bocal	Matériau : Polystyrène

Fiche Technique

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Pneumologie

Réanimation

Indications :

Recueil produit aspiration

Voies respiratoires

2 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.
Entre 0°C et 40°C.

Durée de validité du produit :

4 ans.

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptinmed.fr