

Fiche Technique

TUBULURE D'ASPIRATION EN ROULEAU AVEC GODETS SÉCABLES

Tubulure aspiration

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	R50AC01
Code LPPR* si applicable : <small>*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1</small>	NA
Classe du DM :	I
Réglement applicable :	2017/745
N° Organisme notifié :	NA
Date de 1^{ère} mise sur le marché européen :	2017
Fabricant :	POLY MEDICURE
Provenance :	Inde
Statut d'Asept InMed :	Importateur



Descriptif du dispositif :

Tubulure d'aspiration en rouleau 30.4 m avec godets sécables tous les 90 cm permettant de raccorder les valves d'aspiration à la source de vide.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence	Cont	Diamètre interne (mm)	Diamètre externe (mm)
TUBULURE D'ASPIRATION en rouleau avec godets sécables tous les 90 cm Ø 7x10mm	202052	carton de 4 unités	7	10
TUBULURE D'ASPIRATION en rouleau avec godets sécables tous les 90 cm Ø 5x8mm	202053	carton de 6 unités	5	8

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Tubulure
Élément : Connecteur

Matériau : Poly chlorure de vinyle
Matériau : Poly chlorure de vinyle

Fiche Technique

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Bisphenol A : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1a ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Chirurgie

Réanimation

Pneumologie

Indications :

Aspiration

2 PROCEDE DE STERILISATION : Non stérile

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais ou à température ambiante, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans.

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptinmed.fr