

PUNCH DONNEUR A ASPIRATION /
VACUUM DONOR PUNCH



Dispositif
DEVICE

Dispositif à usage unique destiné à la perforation du tissu cornéen du donneur /
Device for the trephination of the donor cornea button

Matériel
MATERIAL

Lame/ Blade

INOX

Base / Basement

Aluminium/ Alluminium

Support lame/ Blade holder

Aluminium/ Alluminium

Insert/ Insert

PEEK

Ligne d'extension/ Line

PVC

Seringue/ Syringe

BD

Dimensions : diamètres de 6.00 à 9.75 mm par incréments de 0.25 mm

Dimensions: Ø 6.00 – 9.75 mm, 0.25 mm increments

Tailles / models:

JD2890.600 – Ø 6.00 mm
JD2890.625 – Ø 6.25 mm
JD2890.650 – Ø 6.50 mm
JD2890.675 – Ø 6.75 mm
JD2890.700 – Ø 7.00 mm
JD2890.725 – Ø 7.25 mm
JD2890.750 – Ø 7.50 mm
JD2890.775 – Ø 7.75 mm

JD2890.800 – Ø 8.00 mm
JD2890.825 – Ø 8.25 mm
JD2890.850 – Ø 8.50 mm
JD2890.875 – Ø 8.75 mm
JD2890.900 – Ø 9.00 mm
JD2890.925 – Ø 9.25 mm
JD2890.950 – Ø 9.50 mm
JD2890.975 – Ø 9.75 mm

Sans latex

Stérile et jetable. Stérilisé par EO. Durée de conservation du produit correctement préservé et emballé : 60 mois (5 ans).

Sterile and disposable. Sterilized by EO. Shelf life for the product correctly stored and with undamaged packaging: 60 months (5 years).

Dispositif médical conforme à la Directive européenne 93/42 CEE (classe IIa). Conçu et réalisé en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO 13485

Medical Device complying with European Directive 93/42/CEE (IIa class), designed and manufactured according to the ISO9001, ISO13485

Fabricant : E. Janach srl, via Borgovico 35 - 22100 Como - Italie Tél. : +39031574088 - fax : +39031572055 janach@janach.it / International@janach.it

Manufacturer : E. Janach srl, via Borgovico 35 - 22100 Como - Italie Tél. : +39031574088 - fax : +39031572055 janach@janach.it / International@janach.it

Dispositif à utiliser lors d'une procédure ophtalmologique.

Device to be used during an ophthalmology procedure.

Uniquement pour le marché italien/ for Italy only :

CND Q020299

Répertoire 1253930

